

.....
nazwa oraz adres Zamawiającego

Wrocław dnia: 20.10.2022
(miejscowość, data)

Zaproszenie do składania ofert

1. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.), o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, ze względu na wartość szacunkową netto zamówienia mniejszą niż 130 000 złotych, którego przedmiotem jest:

Wykonywanie przeglądu chromatografów gazowych i cieczowych wraz z ich konserwacją, użytkowanych w Jednostkach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Warunki realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia	3 miesiący od daty podpisania Umowy
Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego (jeżeli dotyczy)	<ol style="list-style-type: none">1. Przegląd chromatografów będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem potwierdzonym z użytkownikiem Przez przegląd techniczny rozumie się wykonane czynności, których zakres ściśle określają zalecenia producenta urządzenia w tym: Czynności konserwacyjno-przeglądowe, polegające w szczególności na:<ol style="list-style-type: none">a) zebraniu informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterekach,b) regulacji i pomiarach kontrolnych,c) czyszczenie części chromatograficznych oraz układu źródła jonów i dozowników,d) wymiana zużytych elementów,e) sprawdzenie poprawności detektorów,f) sprawdzenie działania instalacji elektrycznej,g) usunięcie ewentualnych usterek, testy poprawności,h) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,i) wystawienie raportu serwisowego wpis do odpowiedniej dokumentacji (w paszporcie technicznym) eksploatacji sprzętu,j) wszystkie usługi będą wykonywane w siedzibie użytkownika,k) po każdorazowym przeglądzie będzie wymagane dołączenie w formie pisemnej (w raporcie /protokole serwisowym) informacji o wykonaniu sprawdzenia połączeń ochronnych w aparacie.2. Wszystkie ekspertyzy, opinie dotyczące stanu technicznego urządzeń będą zawarte w cenie usługi, jak również koszty związane z dojazdem.3. Wykonawca zaświadcza, że czynności związane z realizacją zlecenia będą wykonywały osoby posiadające stosowne uprawnienia, przeszkolenie w zakresie przepisów BHP.4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zleconego przedmiotu umowy zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik zał. 1. <p>5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:</p> <ol style="list-style-type: none">a) jej treść nie będzie odpowiadać treści Zaproszenia do składania ofert,b) zawiera rażąco niską cenę,c) zostanie złożona po terminie składania ofert,d) Wykonawca nie spełni warunku udziału w postępowaniu,e) informacje (i oświadczenia) złożone przez Wykonawcę w złożonej ofercie będą nieprawdziwe <p>6. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia bez uzasadnienia niniejszego zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert.</p>

3. Oferty należy składać w Dziale Serwisu Technicznego ul. K. Marcinkowskiego 2-6 we Wrocławiu pok. 131.1 lub formie PDF na adres e mail: aneta.matyasik@umed.wroc.pl w terminie do dnia **27.10.2022r do godz:10-tej**

4. Kryteriami oceny ofert są:

Cena..... waga ...100..%

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
DZIAŁ SERWISU TECHNICZNEGO
z upoważnienia Rektora
Kierownik

mgr inż. Sławomir Pieprzyk

Data 20.10.2022r.

.....
(Pieczęć i podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej)