

Załącznik nr 2
do „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.), o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, ze względu na wartość szacunkową netto zamówienia mniejszą niż 130 000 złotych” (zarządzenie nr 57 /XVII R/2021 z dnia 8 marca 2021 r.)

**UNIWERSYTET MEDYCZNY im. Piastów Śląskich
we Wrocławiu
Wybrzeże L. Pasteura 1
50-367 Wrocław**

Wrocław, 20.10.2023

Zaproszenie do składania ofert

1. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.), o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, ze względu na wartość szacunkową netto zamówienia mniejszą niż 130 000 złotych, którego przedmiotem jest dostawa elektrod miseczkowych.
2. Warunki realizacji zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów stomatologicznych:

Lp.	Produkt	Nr kat.	Ilość
1.	Pipeta 8 – kanałowa 0,5- 10 ul- 1. Pipeta zmiennopojemnościowa o zakresie objętości 0,5-10 ul, wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości, autoklawowalna w całości, posiadająca oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek, posiadająca okienko cyfrowe umożliwiające szybkie przestawienie na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych, posiadająca możliwość kalibracji, posiadająca stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki, spełniające wymagania normy EN ISO 8655. Posiadają zacisk szybkiego montowania, który ułatwia usuwanie dolnej części pipety oraz mechanizm amortyzujący, chroniący trzonek na końcówki do pipet. Numer wytłoczony na pierwszym i ostatnim kanale umożliwia użytkowanie pipety zawsze w tym samym położeniu. Możliwość usuwania pojedynczych kanałów. Posiadające błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 µl nie większy niż 12%, błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1 µl nie większy niż 8%, błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 µl nie większy niż 4%, błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 µl nie większy niż 2%, błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 µl nie większy niż 8%, błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1 µl nie większy niż 5%, błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 µl nie większy niż 2%, błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 µl nie większy niż 1%.	3125000010	Szt 2
2.	Pipeta 8- kanałowa 10-100 ul pipeta automatyczne zmiennobjętościowa o zakresie objętości 10 – 100 µL, pipeta nastawne wyposażone	3125000036	Szt2

	w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości, autoklawowalne w całości, posiadająca oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek, posiadająca okienko cyfrowe umożliwiające szybkie przestawienie na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych, posiadająca możliwość kalibracji, posiadająca stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki, spełniające wymagania normy EN ISO 8655. Posiadające błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 µl nie większy niż 3%, błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 50 µl nie większy niż 1%, błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 µl nie większy niż 0,8%, błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 µl nie większy niż 2%, błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 50 µl nie większy niż 0,8%, błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 µl nie większy niż 0,3%.		
3.	Statyw karuzelowy Statyw karuzelowy na maksymalnie 6 pipet, kompatybilnie z pipetami jednokanałowymi Eppendorf	3116000015	Szt 2

3. W ofercie należy podać **termin dostawy** i uwzględnić koszty podatku VAT oraz koszty dostawy do Magazynu Działu Zakupów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław
4. Oferty należy przysyłać na adres e-mail: dorota.kolton@umw.edu.pl lub faksem na nr 71 784 00 25
w terminie do dnia 25.10.2023 do godz. 10.00
5. Kryterium oceny ofert jest cena (waga 100%)
6. Zamawiający z postępowania wykluczy wykonawcę:
 - 1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13. 04. 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), zwanej dalej „ustawą w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę”;
 - 2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę;
 - 3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest

podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę”.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
DZIAŁ ZAKUPÓW
sekcja zakupów
kierownik

mgr Kinga Kaczyńska

(Pieczęć i podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)