

## Raport serwisowy

Siemens Healthcare Sp. z o.o.  
ul. Żupnicza 11  
03-821 Warszawa

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana  
Mikulicza-Radeckiego

Borowska 213  
50-556 Wrocław

Kontakt	Centrum Operacyjne Serwisu
Telefon	800 120 133
Faks	+48 22 510 1424
E-mail	siemens.cos.pl@siemens-healthineers.com
Zlecenie	670000399457 / 0001
Numer klienta	1000136035
Kontrakt	40124454
NIP Nabywcy	PL8981816856
NIP Nabywcy 2:	8981816856

Typ aktywności	Przeгляд techniczny	Data zgłoszenia	14.03.2024 08:47
Zgłaszający		Urządzenie	Artis zee ceiling
Telefon:		Inżynier Serwisu	Pan Szymczak
Numer referencyjny Klienta	.	Czas pracy	26.04.2024 10:00:00 - 26.04.2024 17:00:00
Numer zlecenia	Umowa: DZP.242.263.202	Numer seryjny	146844

Opis zgłoszenia	Status aparatu	3=Praca planowana
-----------------	----------------	-------------------

Przeгляд techniczny 2/2

Użyte materiały i czas pracy

Pozycja	Numer materiału	Opis	JM	Ilość
	000010	Czas pracy (h)		7,00
	000020	Strefa dojazdu		1,00

Wykonane usługi  
Przeгляд okresowy

Aparat został poddany procedurze okresowej kontroli i konserwacji zgodnie z wymaganiami producenta, normą EN62353 i protokołem przeгляdu. Licznik lampy RTG: 58651. System nie posiada usterek. Test jakości obrazu wykazał brak odchyień od wymaganych wartości referencyjnych. Aparat sprawny. Następný przeгляд do: 25.10.2024. Certyfikat oraz protokół z przeгляdu wystawiono w usłudze teamplay Fleet dostępnej pod adresem <https://lifenet.healthcare.siemens.com/>

Prezes Zarządu: Joanna Maria Miłachowska  
Członek Zarządu: Emilia Tkacz

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  
XIV Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000544569  
Kapitał Spółki 41.050.000,-PLN  
NIP: 1132885680  
BDO: 000012393

Siemens Healthcare Sp. z o.o.  
ul. Żupnicza 11  
03-821 Warszawa  
Phone: +48 225101402/03/04  
Fax: +48 225101421

## Raport serwisowy

---

Zlecenie	670000399457 / 0001
Numer klienta	1000136035
Kontrakt	40124454
NIP Nabywcy	PL8981816856

---

Nie dokonano wpisu do paszportu - brak dostępnego paszportu.

---

Pomiary zgodnie z normą IEC62353 Rezystancja przewodu ochronnego w mOhm : 133

PL00562336      Multimetr cyfrowy Fluke 187  
PL01961461      Klucz dynamometrycznyStahlson 28-210 Nm  
PL00562338      GigaOhm 1KV MI3103  
PL01774661      Miernik luminancji Smfit



---

Pan Szymczak  
Data      26.04.2024



---

Pogorzelska  
Data      26.04.2024  
Podpis klienta

---

Prezes Zarządu: Joanna Maria Miłachowska  
Członek Zarządu: Emilia Tkacz

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  
XIV Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000544569  
Kapitał Spółki 41.050.000,-PLN  
NIP: 1132885680  
BDO: 000012393

Siemens Healthcare Sp. z o.o.  
ul. Żupnicza 11  
03-821 Warszawa  
Phone: +48 225101402/03/04  
Fax: +48 225101421