



# UNIwersytet Medyczny

## IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCLAWIU

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Infrastruktury, Inwestycji i Remontów  
Ewa Fiedler - Leńska

Wrocław, 22.05. 2024 r.

### NAZWA POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie drugiego przetargu publicznego na sprzedaż ANGIOGRAFU RTG Z PANELEM CYFROWYM MARKI SIEMENS TYP ARTIS ZEE CEILING s/n: 146844 rok produkcji 2010 nr inwentarzowy UMW/S/0018358/11

### Odpowiedzi na pytania

Sprzedający niniejszym, odpowiada na pytania dotyczące stanu technicznego urządzenia:

#### Pytanie 1

Czy aparat był serwisowany przez serwis autoryzowany, jeśli nie zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie nazwy firmy serwisującej aparat.

Aparat był serwisowany przez serwis autoryzowany: Siemens Healthcare Sp. z o.o.

#### Pytanie 2

Proszę o podanie przebiegu lampy oraz ilości wykonanych ekspozycji na dzień dzisiejszy.

Licznik lampy RTG: stan na dzień 24.04.2024 r. 58651

#### Pytanie 3

Czy istnieje możliwość przesłania raportu z ostatniego przeglądu aparatu lub skanu ostatnich wpisów z paszportu?

W załączeniu raport oraz certyfikat z ostatniego przeglądu.

#### Pytanie 4

Proszę o wyrażenie zgody na wniesienie wadium w formie Gwarancji Ubezpieczeniowej.

Na podstawie par. 16 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 998 z późn. zm.), wynika, że wadium może być wniesione w gotówce lub na wskazany rachunek bankowy. W ogłoszeniu o przetargu jako formę wniesienia wadium wskazaliśmy wpłatę na rachunek bankowy, a zatem nie możemy zgodzić się na inną formę.

Zatwierdzam