



UNIwersytet Medyczny IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCLAWIU

50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1
Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW
ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław
faks 71 / 784-00-45
e-mail: tomasz.kilizsek@umed.wroc.pl

UMW / IZ / PN - 32 / 19

Wrocław, 10. 05. 2019 r.

NAZWA ZAMÓWIENIA

Dostawa sprzętu medycznego i mebli do Zakładu Symulacji Medycznej UMW przy ul. Chałubińskiego 7a we Wrocławiu. Przedmiot zamówienia podzielono na 9 (dziewięć) części osobno ocenianych:

Część A – Meble administracyjne,

Część B – Zaawansowane symulatory ALS z modułem urazowym,

Część C – Zestawy do udrażniania dróg oddechowych i wentylacji,

Część D - Drobnny sprzęt medyczny,

Część E - Trenażery i fantomy,

Część F - Medyczne meble mobilne oraz zestawy wyposażenia sanitarnego i higienicznego,

Część G - Sprzęt medyczny zabezpieczenia urazowego,

Część H - Monitory interaktywne,

Część I - Fantomy odbarczania odmy prężnej i drenażu opłucnej.

Zamówienie udzielane jest w ramach realizacji projektów pn.:

„Rozwój praktycznego kształcenia podyplomowego lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu” – części A-H zamówienia, oraz

„Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu” – część I zamówienia. Projekty współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

**Informacja o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu i terminu składania i otwarcia ofert
oraz
Odpowiedzi na pytania Wykonawców
oraz
Informacja o zmianie treści Siwz**

A. Informacja o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu oraz o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.


Zamawiający, zgodnie z art. 12a ust. 3 Prawa zamówień publicznych (zwanego dalej „Pzp”), informuje o przekazaniu w dniu dzisiejszym zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w ww. postępowaniu.



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Ze względu na to, że zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu jest zmianą istotną, w rozumieniu art. 12a ust. 2 Pzp, dotyczy bowiem określenia przedmiotu zamówienia, Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert.
Nowy termin składania ofert – 27. 05. 2019 r. do godz. 09:00,
Nowy termin otwarcia ofert – 27. 05. 2019 r. o godz. 10:00.

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu związana jest z udzieleniem odpowiedzi na pytania Wykonawców (pkt. B niniejszego pisma) oraz ze zmianą treści Siwz (pkt. C niniejszego pisma) i obejmuje wyodrębnienie dodatkowych części (J-M) zamówienia, korektę zapisów dotyczących wysokości wadium dla poszczególnych części zamówienia oraz ww. zmianę terminu składania i otwarcia ofert.
Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostanie zamieszczona na stronie Zamawiającego oraz na platformie do elektronicznej obsługi zamówień publicznych Zamawiającego: <https://umed-wroc.logintrade.net> nie wcześniej niż przed jego publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo przed upływem 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

B. Odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Zamawiający niniejszym odpowiada na pytania dotyczące Siwz, zadane przez Wykonawców:

Pytania nr 1-16 dotyczą części D - Drobny sprzęt medyczny

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Części 2D poz 4,5 i 11 do nowo utworzonego pakietu?. Pozytywna odpowiedź umożliwi zwiększenie konkurencyjności i złożenie oferty w korzystnych dla Zamawiającego cenach.

Odpowiedź:

Zamawiający wydziela z części D zamówienia pozycję nr 11 – Ssaki elektryczne przenośne – 6 szt. i tworzy z niej odrębną część J zamówienia - „Ssaki elektryczne przenośne”.
Pozycje nr 4 (Ciśnieniomierze – 6 szt.) i nr 5 (Ciśnieniomierze pediatryczne – 3 szt.) pozostają w części D zamówienia.

Pytania nr 2-6 dotyczą poz. 1 – Podgrzewacze płynów infuzyjnych – 9 szt.

2. Dotyczy pkt. 2
Prosimy o dopuszczenie podgrzewacza pracującego ze standardowymi drenami o średnicy ok. 5 mm

Odpowiedź:

Wymogiem Arkusza Informacji Technicznej jest możliwość użytkowania drenów o średnicy 4,1-5,0 mm, czyli nie więcej niż 5,0 mm. Zamawiający podtrzymuje zapis Siwz.

3. Dotyczy pkt. 3
Prosimy o dopuszczenie podgrzewacza z wydajnością do 600 ml/h.

Odpowiedź:

Zamawiający skreśla zapis pkt. 3.

4. Dotyczy pkt. 4
Prosimy o dopuszczenie podgrzewacza z regulacją temperatury grzania w zakresie 35° - 42°C

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga co najmniej przedziału 36-39°C, proponowany zakres spełnia więc wymóg Siwz.

5. Dotyczy pkt. 8
Prosimy o dopuszczenie zasilania 100-240 V, 50/60 Hz

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza i zmienia zapis pkt. 8 Arkusza Informacji Technicznej.

6. Dotyczy pkt. 9
Prosimy o dopuszczenie podgrzewacza przeznaczonego do montażu na stojaku za pomocą klamry

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taki sposób montażu.

Pytanie nr 7 dotyczy poz. 2 - Fonendoskopy internistyczne - 12 szt.

7. Prosimy o dopuszczenie stetoskopu dwustronnego o następujących parametrach:
- Głowica wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej
 - Możliwość odsłuchiwania tonów niskich i wysokich
 - Miękkie oliwki
 - „Ciepłe” obwódki głowicy
 - Wykaz poszczególnych elementów: głowica dwustronna, 2 membrany, przewód PVC, oliwki miękkie - 6 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Możliwość odsłuchiwania tonów niskich i wysokich oraz „ciepłe” obwódki głowicy nie są wymagane.

Pytanie nr 8 dotyczy poz. 3 - Fonendoskopy pediatryczne - 6 szt.

8. Prosimy o dopuszczenie stetoskopu dwustronnego o następujących parametrach:
- Głowica wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej
 - Możliwość odsłuchiwania tonów niskich i wysokich
 - Miękkie oliwki
 - „Ciepłe” obwódki głowicy
 - Wykaz poszczególnych elementów: głowica dwustronna, 2 membrany, przewód PVC, oliwki miękkie - 6 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Możliwość odsłuchiwania tonów niskich i wysokich oraz „ciepłe” obwódki głowicy nie są wymagane.

Pytanie nr 9 dotyczy poz. 4 – Ciśnieniomierze – 6 szt.

9. Prosimy o dopuszczenie tarczy o średnicy 45 mm

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 dotyczy poz. 8 - Zestawy do szybkiej infuzji/przetoczeń – 9 szt.

10. Dotyczy pkt. 6 [w pytaniu wpisano: pkt. 8]
Prosimy o dopuszczenie mankietu z zakresem ciśnienia do 300 mmHg

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytania nr 11-13 dotyczą poz. 9 - Podstawowe narzędzia chirurgiczne – 8 kpl.

11. Prosimy o dopuszczenie nożyczek chirurgicznych tępo-ostrych, prostych, o długości 165 mm

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

12. Prosimy o dopuszczenie trzonka do skalpela o długości 130 mm

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

13. Prosimy o dopuszczenie pojemnika o wymiarach 300x282x94 mm

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytania nr 14-16 dotyczą poz. 11 - Ssaki elektryczne przenośne – 6 szt. (wydzielanej obecnie jako część J zamówienia)

14. Dotyczy pkt. 5
Prosimy o dopuszczenie drenu silikonowego o długości 2m, przeznaczonego do sterylizacji - 1szt, bez zaworu

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść pkt. 5.

15. Dotyczy pkt. 7
Prosimy o dopuszczenie maksymalnego przepływu na poziomie 36 l/min

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

16. Dotyczy pkt. 8

Prosimy o dopuszczenie słoja wielorazowego 1l z pokrywą przeznaczonego do sterylizacji oraz dodatkowo słoja wielorazowego o pojemności 1 L nietłukącego z tworzywa, przeznaczonego do systemu wkładów jednorazowych Flovac

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, z zaznaczeniem stosowania jednorazowych wkładów uniwersalnych.

Pytania nr 17 – 19 dotyczą części E – Trenażery i fantomy.

17. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości składania ofert na poszczególne pozycje.

Odpowiedź:

Zamawiający wydziela z części E zamówienia pozycję nr 2 (Trenażery dostępu doszpikowego – 13 zestawów) i tworzy z niej odrębną część K - „Trenażery dostępu doszpikowego”, oraz wydziela pozycję nr 4 (Trenażery laparoskopowe – 10 szt.) i tworzy z niej odrębną część L zamówienia - „Trenażery laparoskopowe”. Dotychczasowe pozycje nr 1 (Trenażery tracheotomii – 4 szt.) i nr 3 (Fantomy do drenażu klatki piersiowej – 4 szt.) pozostają w części E.

Pytanie nr 18 dotyczy poz. 2 – Trenażery dostępu doszpikowego – 13 zestawów (wydzielanej obecnie jako część K zamówienia)

18. Ze względu na zużywalny charakter oferowanego sprzętu w zakresie Trenażer dostępu doszpikowego, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu oferowania warunków gwarancji, bowiem dotyczą one sprzętu trwałego użytku. Jednocześnie wnioskujemy o wprowadzenie w zamian powyższego punktacji za ilość oferowanych materiałów zużywalnych, jako że Zamawiający określa je poprzez stwierdzenie „co najmniej”..

Odpowiedź:

Zamawiający skreśla pkt. 4 dotyczący gwarancji z Arkusza informacji technicznej dla Trenażerów dostępu doszpikowego – 13 zestawów (poz. nr 2 części E zamówienia, wydzielana obecnie jako część K zamówienia). Jednocześnie Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie punktacji za ilość oferowanych materiałów zużywalnych.

19. Dostrzeżyliśmy, że w ramach „Części E – Trenażery i fantomy” wyszczególnione zostały 4 pozycje.

Przedmiotem zamówienia części E jest dostawa:

1. Trenażerów tracheotomii – 4 szt.
2. Trenażerów dostępu doszpikowego – 13 zestawów
3. Fantomów do drenażu klatki piersiowej – 4 szt.
4. Trenażerów laparoskopowych – 10 szt.

Zapoznając się ze specyfikacją w Arkuszu Informacji Technicznej, stanowiącym Załącznik nr 2 E do SIWZ, dostrzeżyliśmy, że w przypadku wyłonienia dodatkowej części, jesteśmy, jako producent, w stanie złożyć ofertę na trenażery laparoskopowe spełniające wymogi Państwa zamówienia.

Swój wniosek argumentujemy faktem, iż w przypadku wyłonienia trenażerów laparoskopowych jako dodatkowej części, będziemy w stanie złożyć korzystną ofertę bez wykorzystania pośredników, co będzie skutkowało lepszymi warunkami finansowymi oraz serwisowymi, a także pełnym wsparciem technicznym. Wyłonienie trenażerów laparoskopowych jako dodatkowej części z pewnością przyczyni się również do wzrostu konkurencyjności ofert w przypadku pozostałych pozycji oraz części.

Odpowiedź:

Odpowiedź taka, jak na pytanie nr 17.

Pytania nr 20-29 dotyczą: Części E - Trenażery i fantomy poz. 3 Fantomy do drenażu klatki piersiowej (4 szt.), oraz Części I - Fantomy odbarczania odmy przeźnej i drenażu opłucnej (3 szt.)

20. W Części E w pozycji 3 znajduje się fantom do drenażu klatki piersiowej (4 szt.). Identyczny opis parametrów technicznych posiada fantom odbarczania odmy przeźnej i drenażu opłucnej (3 szt.) z Części I. Zwracamy się zatem do Zamawiającego z prośbą o dołączenie 4 szt. fantomów z pozycji 3 z Części E do 3 szt. fantomów z Części I, zwiększając tym samym liczbę fantomów w Części I do 7 sztuk.

Jest to rozwiązanie korzystne dla Zamawiającego - dzięki takiemu rozwiązaniu przedmiotowy fantom może być zaoferowany Zamawiającemu w atrakcyjnej, czyli niższej cenie. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i równe traktowanie wykonawców oraz pozwoli na złożenie korzystnych cenowo ofert również innym firmom. Państwu umożliwi natomiast lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert, co leży w Państwa interesie.

Odpowiedź:

Nie jest możliwe połączenie pozycji nr 3 części E z częścią I zamówienia. Spowodowane jest to różnymi źródłami finansowania zakupów.

21. Dotyczy pkt. 1

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga trenażera w postaci torsu osoby dorosłej z uniesionymi rękami, ale bez rąk .

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wymaga trenażera w postaci torsu osoby dorosłej z uniesionymi rękami, ale bez rąk.

22. Dotyczy pkt. 4

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga, aby trenażer umożliwiał przeprowadzenie obustronnego odbarczenia odmy przeźnej w 2-giej i 5-tej przestrzeni międzyżebrowej i drenażu klatki piersiowej w 5-tej przestrzeni międzyżebrowej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

23. Dotyczy pkt. 6

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymagając możliwości wprowadzenia drenu do klatki piersiowej pod kontrolą aparatu USG miał na myśli drenaż klatki piersiowej metodą Sel-dingera.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

24. Dotyczy pkt. 10
Zamawiający wymaga min. 300 dodatkowych wkładek do odbarczania odmy i drenażu opłucnej w 5 przestrzeni międzyżebrowej z możliwością zaszywania drenu dla każdego trenażera. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, czy wszystkie 300 dodatkowych wkładek mają być wkładkami zaawansowanymi, czyli umożliwiającymi symulację wysięku w opłucnej (wymóg z pkt.9) oraz drenażu pod kontrolą usg (wymóg z pkt. 6).

Odpowiedź:

W zakresie Części E zamówienia - Trenażery i fantomy poz. 3 Fantomy do drenażu klatki piersiowej (4 szt.): Zamawiający wymaga 300 standardowych wkładek do drenażu w 5 przestrzeni międzyżebrowej z możliwością zaszywania drenu dla wszystkich trenażerów. Zapis umieszczony w Arkuszu informacji technicznej pojawił się omyłkowo.

W zakresie części I zamówienia - Fantomy odbarczania odmy przeżnej i drenażu opłucnej (3 szt.): Zamawiający skreśla zapis pkt. 10 Arkusza informacji technicznej.

25. Dotyczy pkt. 11

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymagając zestawu jednorazowego do drenażu klatki piersiowej (bez narzędzi chirurgicznych) co najmniej 3 sztuki dla każdego trenażera wymaga standardowego zestawu wyściótek, w jaki wyposażony jest trenażer, czyli:

- wkładki do odbarczania igłą (2 szt.)
- zaawansowana wkładka do drenażu klatki piersiowej (2 szt.)
- standardowa wkładka do drenażu klatki piersiowej (2 szt.).

Jeśli nie, wówczas prosimy Zamawiającego o dokładne wyjaśnienie, o jaki zestaw jednorazowy chodzi (co i w jakiej ilości ma wchodzić w jego skład).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jednorazowego zestawu grawitacyjnego do drenażu.

26. Prosimy Zamawiającego o zmianę minimalnego okresu gwarancji na minimum 12 miesięcy. Prośbę motywujemy tym, że 12 miesięcy to standardowy okres gwarancji, jaką udziela producent przedmiotowych fantomów. Prosimy Zamawiającego o zmianę warunków kryteriów oceny (parametr punktowany) oraz zmianę zapisu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na zmianę minimalnego okresu gwarancyjnego oraz zmianę kryteriów oceny ofert.

27. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu dokonywania przeglądu technicznego przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji (przy czym ostatni ww. przegląd w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji), gdyż nie ma takiego wymogu stawianego przed producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymogu dokonania przeglądu technicznego.

28. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy z 4 do 6 tygodni od podpisania umowy. Zgodnie z bieżącą informacją od producenta trenażerów taki jest realny termin realizacji dla przedmiotowych trenażerów (w takiej ilości), wraz z czasem niezbędnym na dostawę. Prosimy Zamawiającego o zmianę warunków kryteriów oceny (parametr punktowany) oraz zmianę zapisu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy.

29. Prosimy Zamawiającego o zrezygnację z wymogu przeprowadzenia montażu, ustawienia, podłączenia do istniejących instalacji i uruchomienia przedmiotu umowy w siedzibie Użytkownika, jak również szkolenia personelu w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu umowy. Zamawiający otrzymuje wraz z dostawą szczegółową instrukcję obsługi trenażerów, które są bardzo proste w użytkowaniu. Instrukcje są bardzo czytelne, zawierają wyczerpujący opis wszystkich niezbędnych czynności. Zatem obsługa modeli nie powinna stanowić problemu w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z tak szczegółową instrukcją. Prosimy o przychylenie się do naszej prośby, gdyż wymogi te przyczyniają się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymogu podłączenia do istniejących instalacji, w zakresie części E, I oraz K zamówienia. Skreśla również omyłkowo wpisane dla części B, E, F, H, I, K, L i M zamówienia w § 3 ust. 2 Wzoru umowy słowo „ustawienie”.

Pytania 30-41 dotyczą części F - Medyczne meble mobilne oraz zestawy wyposażenia sanitarnego i higienicznego

Pytanie nr 30 dotyczy pozycji 5 (Wózki reanimacyjne – 6 szt.), pozycji 6 (Wózki anestezyjologiczne – 6 szt.) i pozycji 7 (Wózki transportowe – 6 szt.).

30. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części F pozycji nr 5, 6 i 7 oraz utworzenie z nich osobnego pakietu? Wydzielenie zwiększy konkurencyjność ofert, jednocześnie obniżając cenę zakupu dla Zamawiającego. W przypadku wyrażenia zgody prosimy o wyznaczenie wysokości wadium.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z części F pozycji 7 – Wózki transportowe – 6 szt. i utworzenie z niej odrębnej części M. Nie wyraża natomiast zgody na wydzielenie z części F pozycji 5 i 6.

Pytanie nr 31 dotyczy pozycji 5 - Wózki reanimacyjne – 6 szt.

31. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części F pozycji nr 5 oraz utworzenie z niej osobnego pakietu? Wydzielenie zwiększy konkurencyjność ofert, jednocześnie obniżając cenę zakupu dla Zamawiającego. W przypadku wyrażenia zgody prosimy o wyznaczenie wysokości wadium.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z części F pozycji nr 5.

Pytanie nr 32 dotyczy pozycji 6 - Wózki anestezyjologiczne – 6 szt.

32. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części F pozycji nr 6 oraz utworzenie z niej osobnego pakietu? Wydzielenie zwiększy konkurencyjność ofert, jednocześnie obniżając cenę zakupu dla Zamawiającego. W przypadku wyrażenia zgody prosimy o wyznaczenie wysokości wadium.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z części F pozycji nr 6.

Pytanie nr 33 dotyczy pozycji 7 - Wózki transportowe - 6 szt.

33. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części F pozycji nr 7 oraz utworzenie z niej osobnego pakietu? Wydzielenie zwiększy konkurencyjność ofert, jednocześnie obniżając cenę zakupu dla Zamawiającego. W przypadku wyrażenia zgody prosimy o wyznaczenie wysokości wadium.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z części F pozycji 7 - Wózki transportowe - 6 szt. i utworzenie z niej odrębnej części M zamówienia.

Pytania nr 34-36 dotyczą pozycji 5 Wózki reanimacyjne - 6 szt.

34. Dotyczy pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, o wykonaniu:

- blat z pogłębieniem zapobiegającym zlewaniu się płynów, otoczony z 3 stron chromowanymi relingami zapobiegającymi zsuwaniu się sprzętu z blatu,
- blat wózka wykonany ze stali nierdzewnej, co ogranicza namnażanie się bakterii,
- ściany wózka wykonane z nierdzewnego, lekkiego kompozytu aluminium w kolorze szarym, co pozwoliło na znaczne zredukowanie masy wózka, korzystnie wpływając na ergonomię pracy,
- podstawa z wyprofilowanymi nad kołami odbojami,
- koła solidne, podwójne, niebrudzące posadzki, 2 z hamulcem, 1 z blokadą do jazdy kierunkowej,
- koła o średnicy 100mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy Arkusza informacji technicznej.

35. Dotyczy pkt. 3.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, wyposażony w:

- 4x szuflada,
- wyciągane podziałki do szuflad służące odpowiedniej segregacji jej zawartości,
- 1x pojemnik na zużyte igły,
- 1x koszyk chromowany na akcesoria o wymiarach: 230x 110x 110mm, mocowany do szyny,
- 1x pojemnik na cewniki na formie tworzywowej tuby,
- 1x pojemnik na cewniki w formie chromowanego kosza o wymiarach 110x 110x 500mm,
- 2x tworzywowy kosz na odpady (oba z klapkami zabezpieczającymi) mocowane do szyny,
- 1x półka pod defibrylator obrotowa o 360o z pasami zabezpieczającymi sprzęt,
- listwa zasilająca z 4 gniazdami mocowana do szyny,
- 1x uchwyt do prowadzenia,
- 4x szyna do montowania osprzętu,
- płyta reanimacyjna RKO mocowana do tylnej ściany wózka,
- centralny zamek wszystkich szuflad ?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy Arkusza informacji technicznej.

36. Dotyczy pkt. 4.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, o wymiarach:

- długość: 475mm,
- szerokość: 650mm,
- wysokość: 900mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający skreśla zapis pkt. 4.

Pytania nr 37-39 dotyczą pozycji 6 - Wózki anestezyjologiczne – 6 szt.

37. Dotyczy pkt. 2.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezyjologiczny, o wykonaniu:

- blat z pogłębieniem zapobiegającym zlewaniu się płynów, otoczony z 3 stron chromowanymi relingami zapobiegającymi zsuwaniu się sprzętu z blatu,
- blat wózka wykonany ze stali nierdzewnej, co ogranicza namnażanie się bakterii,
- ściany wózka wykonane z nierdzewnego, lekkiego kompozytu aluminium w kolorze szarym, co pozwoliło na znaczne zredukowanie masy wózka, korzystnie wpływając na ergonomię pracy,
- podstawa z wyprofilowanymi nad kołami odbojami,
- koła solidne, podwójne, niebrudzące posadzki, 2 z hamulcem, 1 z blokadą do jazdy kierunkowej, koła o średnicy 100mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy Arkusza informacji technicznej.

38. Dotyczy pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezyjologiczny, wyposażony w:

- 4 szuflady zamykane na klucz centralnym zamkiem,
- wyciągane podziałki do szuflad służące odpowiedniej segregacji jej zawartości,
- 1x nadstawka anestezyjologiczna dwurzędowa (2 rzędy po 5 pojemników),
- 1x pojemnik na zużyte igły,
- 1x koszyk chromowany na akcesoria o wymiarach: 230x 110x 110mm, mocowany do szyny,
- 1x pojemnik na cewniki na formie tworzywowej tuby,
- 1x pojemnik na cewniki w formie chromowanego kosza o wymiarach 110x 110x 500mm,
- 2x tworzywowy kosz na odpady (oba z klapkami zabezpieczającymi) mocowane do szyny,
- 1x uchwyt do prowadzenia,
- 4x szyna do montowania osprzętu ?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy Arkusza informacji technicznej.

39. Dotyczy pkt. 4.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezyjologiczny, o wymiarach:

- długość: 475mm,
- szerokość: 650mm,
- wysokość: 900mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający skreśla zapis pkt. 4.

Pytania nr 40-41 dotyczą pozycji nr 7 – Wózki transportowe – 6 szt. (wydzielanej obecnie jako część M zamówienia)

40. Dotyczy pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego leże ma szerokość 600mm, co różni się zaledwie o 10mm o wymiary wymaganego przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza wózek do transportu chorych, którego leże ma szerokość 600 mm.

41. Dotyczy pkt. 8.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego wysokość regulowana jest w zakresie 560-870mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza oferowany wózek do transportu chorych, którego wysokość regulowana jest w zakresie 560-870mm.

C. Informacja o zmianie treści Siwz.

Zamawiający zawiadamia ponadto o zamieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego skorygowanej treści Siwz. Zmiany w treści dokumentów zaznaczono kolorem niebieskim. Należy z nich korzystać w obecnie zamieszczanej wersji.

**Z upoważnienia Rektora UMW
Zastępca Kanclerza ds. Zarządzania Infrastruktura**



Mgr Jacek Czajka

