



UNIwersytet Medyczny IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCLAWIU

50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1
Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW
ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław
faks 71 / 784-00-45
e-mail: tomasz.kiliszek@umed.wroc.pl

UMW / IZ / PN - 32 / 19

Wrocław, 22. 05. 2019 r.

NAZWA ZAMÓWIENIA

Dostawa sprzętu medycznego i mebli do Zakładu Symulacji Medycznej UMW przy ul. Chałubińskiego 7a we Wrocławiu. Przedmiot zamówienia podzielono na 13 (trzynaście) części osobno ocenianych:

- Część A – Meble administracyjne,**
- Część B – Zaawansowane symulatory ALS z modułem urazowym,**
- Część C – Zestawy do udrażniania dróg oddechowych i wentylacji,**
- Część D - Drobnny sprzęt medyczny,**
- Część E - Trenażery i fantomy,**
- Część F - Medyczne meble mobilne oraz zestawy wyposażenia sanitarnego i higienicznego,**
- Część G - Sprzęt medyczny zabezpieczenia urazowego,**
- Część H - Monitory interaktywne,**
- Część I - Fantomy odbarczania odmy prężnej i drenażu opłucnej.**
- Część J – Ssaki elektryczne przenośne,**
- Część K – Trenażery dostępu doszpicowego,**
- Część L – Trenażery laparoskopowe,**
- Część M – Wózki transportowe.**


Zamówienie udzielane jest w ramach realizacji projektów pn.:

„Rozwój praktycznego kształcenia podyplomowego lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu” – części A-H oraz J-M zamówienia, oraz
„Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu” – część I zamówienia.
Projekty współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców
oraz
Informacja o zmianie treści Siwz**

A. Odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Zamawiający niniejszym odpowiada na pytania dotyczące Siwz, zadane przez Wykonawców:



Pytania nr 1-12 dotyczą części F - Medyczne meble mobilne oraz zestawy wyposażenia sanitarnego i higienicznego

Pytania nr 1-8 dotyczą poz. 1 – Stoliki zabiegowe – 16 szt.

1. Dotyczy pkt. 2.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół zabiegowy wykonany ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301? Proponowane rozwiązanie jest znacznie korzystniejsze od opisanego wózka lakierowanego proszkowo.

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść pkt. 2.

2. Dotyczy pkt. 4.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół zabiegowy o wymiarze blatu 1000x 650mm i wymiarach zewnętrznych 1070x 720mm (podany wymiar zewnętrzny uwzględnia odboje wózka) ?

Odpowiedź:
Zamawiający skreśla zapis pkt. 4.

3. Dotyczy pkt. 4.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół zabiegowy o wymiarach zewnętrznych 1170x 570mm (podany wymiar zewnętrzny uwzględnia odboje wózka)?

Odpowiedź:
Zamawiający skreśla zapis pkt. 4.

4. Dotyczy pkt. 2.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół zabiegowy z 4 kołami o średnicy 100mm?

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść pkt. 2.

5. Dotyczy pkt. 2.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół zabiegowy nie lakierowany proszkowo, a wykonany w całości ze stali nierdzewnej, co jest rozwiązaniem korzystniejszym od opisanego?

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść pkt. 2.

6. Dotyczy pkt. 2.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół zabiegowy, którego blat posiada 2 barierki stanowiąca także uchwyty do przetaczania, usytuowane przy krótszych bokach wózka? Dłuższe boki nieosłonięte poręczami, co umożliwi transport przedmiotów większych od blatu.

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść pkt. 2.

7. Dotyczy pkt. 3.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stolik zabiegowy, bez szyn instrumentalnych?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść pkt. 3.

8. Dotyczy pkt. 4.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stolik zabiegowy, o wymiarach: 1200x 500x 950 [mm]?

Odpowiedź:

Zamawiający skreśla zapis pkt. 4.

Pytanie nr 9 dotyczy poz. 3 – Parawany mobilne – 12 szt.

9. Dotyczy pkt. 3.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości parawan mobilny o wymiarach:
- 940mm x 1650mm [szerokość x wysokość]
 - Szerokość podstawy: 580mm
 - ?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść pkt. 3.

Pytania nr 10-11 dotyczą poz. 7 – Mechaniczne podajniki ręczników papierowych w rolkach – 1szt.

10. Dotyczy mechanicznego podajnika ręczników papierowych w rolkach – 1szt.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości podajnik o wymiarach:
- wysokość 33,7cm
 - szerokość 30,5cm
 - głębokość 19,7cm
 - ?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis Arkusza informacji technicznej.

11. Dotyczy uchwytu ściennego stalowy na 3 pudełka z rękawiczkami jednorazowymi - 1szt.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości uchwyt wykonany ze stali szlachetnej szczotkowanej, o wymiarach: 392 x 258 x 96 [mm]?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis Arkusza informacji technicznej.

Pytanie nr 12 dotyczy poz. 8 – Podesty operacyjne – 6 szt.

12. Dotyczy pkt. 3.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości podest operacyjny o wymiarach:
- długość: 500 mm[L]
 - szerokość: 300 mm [S]
 - wysokość: 250 mm [H]

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść pkt. 3.

Pytanie nr 13 dotyczy części G - Sprzęt medyczny zabezpieczenia urazowego, poz. 1- Unieruchomienia pediatryczne – 3 szt.

13. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania unieruchomienia pediatrycznego (kompletnego ze stabilizacją głowy) o wadze 5,1kg spełniającego wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża na to zgody.

B. Informacja o zmianie treści Siwz.

Zamawiający zawiadamia ponadto o zamieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego skorygowanej treści Zał. 2F do Siwz (Arkusza informacji technicznej dla części F zamówienia). Zmiany w treści dokumentu zaznaczono kolorem niebieskim. Należy z niego korzystać w obecnie zamieszczanej wersji.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
ZESPÓŁ DS. ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
specjalista
T. Kiliszek
mgr Tomasz Kiliszek

**Z upoważnienia Rektora UMW
Kancelarz**

Iwona Janus
Mgr Iwona Janus