



UNIwersYTET MEDYCZNY

IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCLAWIU

50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1
Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW
ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław
faks 71 / 784-00-45
e-mail: olga.bak@umed.wroc.pl

UMW/IZ/PN-38/19

Wrocław, 05.06.2019 r.

NAZWA ZAMÓWIENIA

Dostawa sprzętu laboratoryjnego i diagnostycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Przedmiot zamówienia podzielono na 12 (dwanaście) części osobno ocenianych:

Część A – Dostawa zestawu do wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej zawierających żywe komórki na potrzeby Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Zaawansowanych Terapii Komórkowych Katedry i Zakładu Podstaw Nauk Medycznych,

Część B – Dostawa inkubatora CO2 na potrzeby Katedry i Zakładu Podstaw Nauk Medycznych

Część C – Dostawa 4 spektrofotometrów na potrzeby Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej

Część D – Dostawa 6 suchych bloków grzejnych na potrzeby Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej

Część E – Dostawa 8 mikrowirówek na potrzeby Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej

Część F – Dostawa kompaktowej wirówki stołowej z wbudowanym rotorem do 12x 1,5/2 ml mikropróbowek na potrzeby Zakładu Chemii Klinicznej w Katedrze Analityki Medycznej

Część G – Dostawa termomikseru wraz z blokiem grzejnym na potrzeby Katedry i Zakładu Genetyki

Część H – Dostawa aparatu do elektroforezy poziomej wielkości żelu 20x20cm na potrzeby Katedry i Zakładu Genetyki

Część I – Dostawa zestawu pomiarowego dwuwiązkowego spektrofotometru UV-VIS z zestawem komputerowym i oprogramowaniem sterującym na potrzeby Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej

Część J – Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej na potrzeby Pracowni Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego / Biobanku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Część K – Dostawa skanującego spektrofotometru UV-VIS na potrzeby Katedry i Zakładu Biomedycznych Analiz Środowiskowych

Część L – Dostawa 4 zestawów do wykonania głębokiej stymulacji mózgu oraz kabla do microrecordingu na potrzeby Katedry i Kliniki Psychiatrii

Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz Informacja o zmianie treści Siwz

A. Odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Zamawiający niniejszym odpowiada na pytania dotyczące Siwz, zadane przez Wykonawców:

Dotyczy: Część E - Dostawa 8 mikrowirówek na potrzeby Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści wirówkę o prędkości maksymalnej 12100 g, spełniającą wszystkie pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Część B – Dostawa inkubatora CO2 na potrzeby Katedry i Zakładu Podstaw Nauk Medycznych**Pytanie 2.**

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby inkubator CO2 został wyposażony w przepust o średnicy 30 mm? Mniejsza średnica przepustu zminimalizuje ewentualny wpływ czynników zewnętrznych na bezpieczeństwo hodowli.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby doprowadzany CO2 był filtrowany przy użyciu aseptycznego filtra o skuteczności filtracji 99,99% i rozmiarze cząstki 0,45 µm? Dzięki małej średnicy porów gwarantowana jest wysoka jakość filtrowania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

B. Informacja o zmianie treści Siwz.

Zamawiający, w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Wykonawców, zmienia Arkusza Informacji Technicznej Część B i E (Załącznika nr 2 Część B i E do Siwz). Zmiany w treści dokumentów zaznaczono kolorem niebieskim. Należy z nich korzystać w obecnie zamieszczanej wersji.

**Z upoważnienia Rektora UMW
Kancelarz UMW**


Mgr Iwona Janus