



UNIwersytet Medyczny

IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCLAWIU

50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1
Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW
ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław
faks 71 / 784-00-45
e-mail: olga.bak@umed.wroc.pl

UMW/IZ/PN-47/19

Wrocław, 05.06.2019 r.

NAZWA ZAMÓWIENIA

Dostawa sprzętu laboratoryjnego i mikroskopu na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Przedmiot zamówienia podzielono na 6 (sześć) części osobno ocenianych:

Część A – Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby utworzenia laboratorium spełniającego wymagania Laboratorium Dobrej Praktyki w Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Zaawansowanych Terapii Komórkowych,

Część B – Dostawa spektrofotometru UV/VIS do pomiarów w kropli na potrzeby Katedry i Zakładu Biologii Molekularnej i Komórkowej

Część C – Dostawa dewaru do przechowywania materiału biologicznego w ciekłym azocie na potrzeby Katedry i Zakładu Biologii Molekularnej i Komórkowej

Część D – Dostawa odwróconego mikroskopu laboratoryjnego na potrzeby Katedry i Zakładu Biologii Molekularnej i Komórkowej

Część E – Dostawa mikropłytkowej płuczki paskowej na potrzeby Katedry i Zakładu Higieny

Część F – Dostawa przystawki termostatującej do spektrofotometru UV wraz z komputerem sterującym urządzeniem na potrzeby Katedry i Zakładu Biochemii Farmaceutycznej

Odpowiedzi na pytanie Wykonawcy oraz Informacja o zmianie treści Siwz

A. Odpowiedzi na pytanie Wykonawcy.

Zamawiający niniejszym odpowiada na pytanie dotyczące Siwz, zadane przez Wykonawcę:

Dotyczy: Część C – Dostawa dewaru do przechowywania materiału biologicznego w ciekłym azocie na potrzeby Katedry i Zakładu Biologii Molekularnej i Komórkowej

Pytanie 1.

Czy zamawiający dopuści parametr straty max. 0,3 litra/24h?

Jest to różnica tylko 0,03 l/24h w stosunku do parametru podanego w Specyfikacji, co stanowi 0,0006912 l pojemności zbiornika, który chciałby zaproponować wykonawca.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

B. Informacja o zmianie treści Siwz.

W związku z ww. odpowiedzią, Zamawiający informuje o zmianie Arkusza Informacji Technicznej Część C (Załącznika nr 2 Część C do Siwz). Zmiany w treści dokumentów zaznaczono kolorem niebieskim. Należy z nich korzystać w obecnie zamieszczanej wersji.

**Z upoważnienia Rektora UMW
Kancelarz UMW**


Mgr Iwona Janus