



UNIwersYTET MEDYCZNY

IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCLAWIU

50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1
Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW
ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław
fax 71 / 784-00-45
e-mail: joanna.czopik@umed.wroc.pl

UMW/IZ/PN-88/19

Wrocław, 11.09.2019 r.

Nazwa postępowania:

Dostawa sprzętu stomatologicznego na potrzeby Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego UMW we Wrocławiu w ramach projektu: „Dolnośląscy liderzy Medycyny wdrożenie zintegrowanego programu podnoszenia kompetencji studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Mając na uwadze art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, Zamawiający przekazuje treść pytań skierowanych przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu i odpowiedzi Zamawiającego:

1. Pozycja nr 1:
Skaner wewnętrzny 2 szt.
Czy zamawiający przewiduje projektowanie bezpośrednio na konsoli skanera wewnętrznego?

Odpowiedź:

TAK, nowa konsola musi umożliwiać skanowanie, projektowanie i frezowanie na posiadanej przez Zamawiającego frezarce CEREC MCX firmy Sirona.

2. Pozycja nr 2:
Aktualizacja oprogramowania inlab 4.2
Proszę o wyjaśnienie jakiego sprzętu ma dotyczyć aktualizacja, proszę o podanie modelu urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający posiadana następujące modele skanerów:

- Model – No 6212166 D3492 Serial – No 08789
- Model – No 6212166 D3492 Serial – No 14066

Aktualizacja dotyczy oprogramowania CEREC do najnowszej kompatybilnej ze skanerem wersji oprogramowania. Na wyposażeniu znajdują się konsole Bluecam (modele obu znajdują się powyżej).

Aktualizacja dotyczy również posiadanego oprogramowania InLab do wersji najnowszej (pełna funkcjonalność i możliwość frezowania na frezarce CEREC MCX będącej na wyposażeniu Zamawiającego, możliwość generowania plików „.stl”). Oprogramowanie InLab jest zainstalowane na oddzielnym stanowisku (osobny komputer PC).



3. Pozycja nr 2:
Aktualizacja oprogramowania inlab 4.2

W związku z tym iż oprogramowanie inlab 4.2 jest ostatnią wersją która dopuszczona jest do instalacji na konsoli skanera wewnątrzustnego czy uwzględnione jest w zapytaniu stworzenie dodatkowych 2 nowych stanowisk do projektowania?

Odpowiedź:

Oprogramowanie funkcjonuje na oddzielnym (istniejącym obecnie) stanowisku wyposażonym we frezarkę CEREC MCX (Sirona), Zamawiający wymaga aktualizacji do najnowszej w pełni funkcjonalnej (projektowanie, frezowanie, eksport i import plików „.stl”) wersji *posiadanego* oprogramowania *inLab*.

II. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Wykonawcy, Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert – ~~12.09.2019 r.~~ 16.09.2019 r. do godz. ~~10:00~~ 12:00

Nowy termin otwarcia ofert – ~~12.09.2019 r.~~ 16.09.2019 r. o godz. ~~11:00~~ 13:00.

**Z upoważnienia Rektora
Zastępca Kanclerza ds. Zarządzania
Administracją**

mgr inż. Kamil Jakubowicz