



UNIwersYTET MEDYCZNY

IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCLAWIU

50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1
Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW
ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław
faks 71 / 784-00-45
e-mail: olga.bak@umed.wroc.pl

UMW/IZ/PN-91/19

Wrocław, 09.10.2019 r.

NAZWA ZAMÓWIENIA

Dostawa komory laminarnej oraz mikroskopu cyfrowego odwróconego na potrzeby Centrum Badaawczo-Wdrożeniowego Zaawansowanych Terapii Komórkowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Przedmiot zamówienia podzielono na 2 (dwie) części osobno oceniane:

Część 1 – Dostawa komory laminarnej do pracy z cytostatykami,

Część 2 – Dostawa mikroskopu cyfrowego odwróconego.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz Informacja o zmianie treści Siwz

A. Odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Zamawiający niniejszym odpowiada na pytania dotyczące Siwz, zadane przez Wykonawców:

Dotyczy: Część 2 – Dostawa mikroskopu cyfrowego odwróconego

Pytanie 1.

Dotyczy wzoru umowy § 2 punkt 1 oraz arkusza informacji technicznej dla części 2 punkt VIII, podpunkt 2.

Prosimy o wykreślenie wymogu uruchomienia oraz przeprowadzenia szkolenia z obsługi mikroskopu. Wykonawca nie przewiduje szkolenia z obsługi przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2.

Dotyczy wzoru umowy § 5 punkt 2 oraz arkusza informacji technicznej dla części 2 punkt VI, podpunkt 2.

Prosimy o wykreślenie wymogu dostarczenia wraz z przedmiotem zamówienia instrukcji obsługi w języku polskim. Instrukcja obsługi dostępna jest w języku angielskim, konieczność wykonania tłumaczenia na język polski istotnie wpłynie na cenę ofertową.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy § 5 ustępu 2 oraz arkusza informacji technicznej dla części 2 punkt VI, podpunkt 2.

Pytanie 3.

Dotyczy arkusza informacji technicznej, w części I. Funkcjonalności systemu.

Zamawiający zapisał „Na ekranie mikroskopu możliwa jest obserwacja bieżącego preparatu, jak również przeglądanie zapisanych obrazów”

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, które nie daje możliwości przeglądania zapisanych obrazów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4.

Dotyczy § 5. Punkty 4-7.

Informujemy, że oferowany przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją typu rapid exchange.

Oznacza to, że w przypadku wystąpienia awarii sprzętu użytkownik, kontaktuje się z Działem Wsparcia Aplikacyjnego pod bezpłatnym numerem telefonu 00 [REDAKTOWANE]. W przypadku gdy pracownik Działu Technicznego nie będzie w stanie rozwiązać problemu podczas rozmowy telefonicznej, podejmie on decyzję o wymianie systemu na sprawny, który zostanie przesłany do użytkownika w przeciągu 7 dni roboczych. Równoległe aparat, który uległ awarii zostanie odebrany. Nie zostanie podjęta próba naprawy aparatu w miejscu jego instalacji.

W związku z powyższym prosimy o usunięcie punktów 4-7 i zastąpienie ich punktem o treści: „Oferowany przedmiot zamówienia objęty zostanie gwarancją typu rapid exchange, w przypadku wystąpienia awarii sprzętu użytkownik, skontaktuje się z Działem Wsparcia Aplikacyjnego pod bezpłatnym numerem telefonu 00 [REDAKTOWANE]. W przypadku gdy pracownik Działu Technicznego nie będzie w stanie rozwiązać problemu podczas rozmowy telefonicznej, system zostanie wymieniony na sprawny, który zostanie przesłany do użytkownika w przeciągu 7 dni roboczych. Równoległe aparat, który uległ awarii zostanie odebrany.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmienia zapisy § 5 wzoru umowy.

Pytanie 5.

Dotyczy § 5. Punkt 3.

Zamawiający zapisał „Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres min. 3 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji”.

W związku z formą gwarancji Rapid Exchange, Wykonawca nie prowadzi serwisu pogwarancyjnego urządzenia. Istnieje możliwość przedłużenia 12-miesięcznej gwarancji na okres kolejnego roku, dwóch bądź 4 lat, wówczas w okresie tym w przypadku awarii sprzęt ulega wymianie zgodnie z warunkami Rapid Exchange.

Jest to opcja dodatkowo płatna. Prosimy o wykreślenie wspomnianego zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmienia zapisy § 5 wzoru umowy.

B. Informacja o zmianie treści Siwz.

Zamawiający zawiadamia ponadto o zamieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego skorygowanej Siwz: Arkusz Informacji Technicznej Część 2 (Załącznika nr 2 Część 2 do Siwz) i wzór umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ). Zmiany w treści dokumentów zaznaczono kolorem niebieskim. Należy z nich korzystać w obecnie zamieszczanej wersji.

**Z upoważnienia Rektora UMW
Zastępca Kanclerza ds. Zarządzania Administracją UMW**

Mgr inż. Kamil Jakubowicz