



UNIwersYTET MEDYCZNY

IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCLAWIU

50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1
Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW
ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław
faks 71 / 784-00-45
e-mail: olga.bak@umed.wroc.pl

UMW/IZ/PN-89/19

Wrocław, 16.10.2019 r.

NAZWA ZAMÓWIENIA

Dostawa sprzętu laboratoryjnego i mikroskopów na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Przedmiot zamówienia podzielono na 10 (dziesięć) części osobno ocenianych:

Część 1 - Dostawa czytnika mikroplętek wyposażony w lampę LED na potrzeby Katedry i Kliniki Pulmonologii i Nowotworów Płuc

Część 2 - Dostawa mikroskopu binokularnego do dokumentacji cyfrowej na potrzeby Katedry i Zakładu Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej

Część 3 - Dostawa termobloku z wyposażeniem na potrzeby Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku

Część 4 - Dostawa mikroskopu w wersji jezdnej z torem wizyjnym na potrzeby Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej

Część 5 - Dostawa urządzenia do elektroprzędzenia i otrzymywania nanowłókien do zastosowań medycznych na potrzeby Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku

Część 6 - Dostawa wirówki na potrzeby Katedry i Zakład Chemii i Immunochemii

Część 7 - Dostawa zestawu aparaturowego do analizy białek komórkowych z wykorzystaniem technologii kulek magnetycznych wyznakowanych barwnikami fluorescencyjnymi na potrzeby Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej

Część 8 - Dostawa wagosuszarki na potrzeby Katedry i Zakładu Chemii Fizycznej i Biofizyki

Część 9 - Dostawa inkubatora z wytrząsaniem na potrzeby Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii

Część 10 - Dostawa analizatora do PCR w czasie rzeczywistym na potrzeby Laboratorium Specjalistycznego w Katedrze i Klinice Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Zamawiający niniejszym odpowiada na pytania dotyczące Siwz, zadane przez Wykonawców:

Dotyczy: Część 1 - Dostawa czytnika mikroplętek wyposażony w lampę LED na potrzeby Katedry i Kliniki Pulmonologii i Nowotworów Płuc

Pytanie 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie wysokiej klasy czytnika mikroplitek, który posiada funkcję wytrząsania liniowego z 4-stopniową regulacją szybkości wytrząsania, ale bez funkcji wytrząsania orbitalnego, spełniającego wszystkie pozostałe kryteria określone w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy urządzenia z dwóch do trzech tygodni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Z upoważnienia Rektora UMW
Zastępca Kanclerza ds. Zarządzania
Infrastrukturą UMW**

Mgr Jacek Czajka