



# UNIwersYTET MEDYCZNY

## IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCLAWIU

50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1  
**Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW**  
ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław  
faks 71 / 784-00-45  
e-mail: violetta.burzynska-oskroba@umed.wroc.pl

UMW/IZ/PN-136/19

Wrocław, 06 -12- 2019 r.

**EMKA TECHNOLOGIES**  
59 Boulevard du General  
Martial Valin  
75015 Paris  
France  
e-mail: vg@emka.fr

### NAZWA POSTĘPOWANIA

#### **Dostawa urządzeń do badań małych gryzoni.**

Przedmiot zamówienia podzielono na 2 (dwie) części osobno ocenianych:

Część 1 dostawa aparatury wraz z oprogramowaniem do izolacji i perfuzji izolowanej nerki szczurzej.

Część 2 dostawa zestawu do anestezji małych gryzoni.

#### **Dotyczy części 1**

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu dziękuje Wykonawcom za udział w ww. postępowaniu w zakresie części 1.

#### **I. Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i o powodach odrzucenia oferty.**

Zgodnie z art. 92 Prawa zamówień publicznych (tekst jedn. – Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z póź.zm.), zwanej dalej „Pzp”, zawiadamiamy o odrzuceniu oferty Wykonawcy

**EMKA TECHNOLOGIES**  
59 Boulevard du General Martial Valin  
75015 Paris  
France  
e-mail: vg@emka.fr

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

#### ***Uzasadnienie faktyczne:***

- 1) Zgodnie z zapisami rozdziału XIV SIWZ „Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert”, termin realizacji przedmiotu zamówienia, jako jedno z trzech kryteriów oceny ofert, nie może być dłuższy niż 4 tygodnie od dnia podpisania umowy. Wykonawca w formularzu ofertowym (Załącznika nr 1 do SIWZ) w poz. 2 „termin realizacji przedmiotu zamówienia (liczone od dnia podpisania umowy)” wpisał **6 tygodni**, co jest nie zgodne z zapisami SIWZ.

2) Zamawiający w Arkuszu technicznym (Załącznika nr 2 do SIWZ) w poz. 5 wymagał parametr: „Wymiary zewnętrzne aparatu (obudowy wraz z komorą) nie mogą przekraczać 45 cm x 50 cm x 65 cm.

W/W Wykonawca zaofertował w ofercie dla tej pozycji aparat o wymiarach 60 cmx60cmx62cm, co jest niezgodne z zapisami SIWZ.

Oferta w/w Wykonawcy została odrzucona jako niezgodna z zapisami SIWZ.

## **II. Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1**

Zgodnie z art. 92 „Pzp”, zawiadamiamy o **unieważnieniu ww. postępowania w zakresie części 1**, na podstawie **art. 93 ust. 1 pkt 1** PZP, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

### **Uzasadnienie faktyczne:**

Oferta Wykonawcy złożona w zakresie części 1:

EMKA TECHNOLOGIES  
59 Boulevard du General Martial Valin  
75015 Paris.  
France  
e-mail: vg@emka.fr

została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Powody odrzucenia oferty Wykonawcy zgodnie z pkt. I niniejszego zawiadomienia.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowania z braku ofert.

**Z upoważnienia Rektora UMW  
Zastępcą Kanclerza ds. Zarządzania Infrastrukturą  
UMW**

mgr Jacek CZAJKA