



# UNIwersytet Medyczny

## IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCLAWIU

50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1  
**Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW**  
ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław  
fax 71 / 784-00-45  
e-mail: joanna.czopik@umed.wroc.pl

UMW/IZ/PN-137/19

Wrocław, 20.12.2019 r.

### Nazwa postępowania:

**Dostawa skaneru wewnątrzustnego wraz z oprogramowaniem dla Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu**

### **UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA**

Zamawiający niniejszym unieważnia ww. postępowanie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp): „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu”.

Kryteriami oceny ofert były:

- 1) Cena realizacji przedmiotu zamówienia – 60 %,
- 2) Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 20 %,
- 3) Okres gwarancji – 20 %

#### **I. Złożone oferty.**

Ofertę złożyli następujący Wykonawcy, wymienieni w Tabeli:

Lp.	Nazwa wykonawcy	Cena zł / punkty	Termin realizacji / punkty	Okres gwarancji / punkty	Łączna liczba punktów
1.	<b>Amadar Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 14 00-050 Warszawa</b>	165 994,80 <b>/niepunktowa</b>	1 dzień <b>/niepunktowana</b>	48 miesięcy <b>/niepunktowa</b>	<b>niepunktowana</b>

#### **II. Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i o powodach odrzucenia oferty.**

1. Oferta nr 1, złożona przez Wykonawcę: Amadar Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa zostaje odrzucona na podstawie: art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

W Arkuszu informacji technicznej Zamawiający wymagał potwierdzenia, że kamera (tylko rękojeść, nie całe urządzenie), posiada wymiary minimalne: 52 x 60 x 255 mm. Wykonawca w rubryce wpisał: „TAK Wymiary: 51 x 59 x 253 mm”. W dniu 11.12.2019 r., Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 zdanie pierwsze Pzp wezwał Wykonawcę do udzielenia wyjaśnień w powyższej kwestii.

Wykonawca w swoich wyjaśnieniach, udzielonych w dniach: 12.12.2019 r., oraz 16.12.2019 r., wskazał, iż wymiary zewnętrzne oferowanego urządzenia, potwierdzone przez producenta, to 50,9 x 58,8 x 253 mm.

Oznacza to, iż nie został potwierdzony parametr wskazany w Arkuszu informacji technicznej i tym samym oferta nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Biorąc pod uwagę powyższe oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### **III. Unieważnienie postępowania.**

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie, bowiem nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

**Z upoważnienia Rektora  
p.o. Kanclerza**

**dr med. Maciej Maria Kowalski**