



UNIWERSYTET MEDYCZNY

IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU

50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1
Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW
ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław
faks 71 / 784-00-44
e-mail: edyta.szyjkowska@umed.wroc.pl

UMW/IZ/PN-133/19

Wrocław, 10.01.2020 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców, informacja o korekcie SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Część 1

Wirówka z chłodzeniem i wyposażeniem na potrzeby Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii

Pytanie:

Zamawiający w punkcie 4 opisu przedmiotu zamówienia zawarł treść „Pasująca do wirnika wkładka redukcyjna 5x17,1mm na próbówki 7x7÷11ml do systemów zamkniętych 4 szt. Wkładka redukcyjna musi pasować do próbek firmy S-Monovette Sarstedt 9 ml Serum, użytkowanych przez Zamawiającego”. W opisie tym są wyszczególnione dwie ilości próbek „5” oraz „7” szt. Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie opisu wkładek redukcyjnych.

ODPOWIEDŹ: PASUJĄCA DO WIRNIKA WKŁADKA REDUKCYJNA 5X17,1 MM NA PROBÓWKI DO SYSTEMÓW ZAMKNIĘTYCH 5 SZT. WKŁADKA REDUKCYJNA MUSI PASOWAĆ DO PRÓBÓWEK FIRMY S-MONOVETTE SARSTEDT 9 ML SERUM, UŻYTKOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

Część 8

Mały inkubator z wytrząsaniem na potrzeby Samodzielnej Pracowni Biofizyki Układu Nerwowego

Pytania:

1. Czy dopuszczają Państwo rozdzielczość nastawy 0,1°C / 10 obr./min. przy spełnieniu pozostałych wymagań, na przykład inkubator ES-20 firmy BIOSAN ?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ROZDZIELCZOŚĆ NASTAWY 0,1°C / 10 OBR./MIN. PRZY SPEŁNIENIU POZOSTAŁYCH WYMAGAŃ.

2. Czy wyrażają Państwo zgodę na maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia w Części nr 8 do 30 dni od daty podpisania umowy, co pozwoli na dopuszczenie do postępowania większej ilości wykonawców ?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY WYDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 7

Dygestorium formalinowe na potrzeby Katedry Patomorfologii Zakładu Patomorfologii

1. Dotyczy: Rozdział IV SIWZ - termin realizacji w zw. z Rozdziałem XIV SIWZ – Kryteria oceny ofert w zakresie Części nr 7 – dygestorium formalinowe

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia maksymalnie do 11 tygodni - liczony od dnia podpisania umowy. Sposób obliczania kryterium oceny ofert w części 7 pozostaje niezmienny. Zmiana zachodzi jedynie poprzez zastąpienie 4 tygodni 11 tygodniami – działania matematyczne w tej kwestii pozostają zachowane.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA WYDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2. Dotyczy: Projekt umowy – załącznik nr 5 do siwz w oparciu o realizację części 7

Zamawiający w paragrafie 3 projektu umowy określił w sposób następujący za co jest Wykonawca odpowiedzialny podczas realizacji przedmiotu zamówienia:

§ 3 Dostawa:

1. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego:

- dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Użytkownika do miejsca użytkowania wskazanego przez Użytkownika
- **podłączyć do istniejących instalacji (jeśli dotyczy)**
- uruchomić
- przeprowadzić szkolenie w zakresie jego obsługi

Wykonawca celem doprecyzowania wnosi o wyjaśnienie: *Czy Zamawiający celem realizacji dostawy dygestorium formalinowego określonego w części nr 7 dostosuje w swojej siedzibie przyłącza wodnokanalizacyjne za miejscem instalacji urządzenia a przyłącze wentylacyjne nad miejscem jego instalacji?* Wykonawca chce uniknąć sytuacji w której zostaje podczas realizacji w siedzibie Zamawiającego przyłącza instalacyjne nie przygotowane do instalacji dygestorium tj. przyłącze wentylacyjne znajduje się w drugim końcu pomieszczenia względem przyłączy wodnokanalizacyjnych lub przyłącze wentylacyjne nie jest w ogóle wyprowadzone.

ODPOWIEDŹ: W POMIESZCZENIU, W KTÓRYM POWINNO ZOSTAĆ ZAINSTALOWANE DYGESTORIUM, ZNAJDUJE SIĘ PRZYŁĄCZE WENTYLACYJNE POŁOŻONE POWYŻEJ PLANOWANEGO UMIEJSCOWIENIA DYGESTORIUM. ZNAJDUJE SIĘ TAM RÓWNIEŻ PRZYŁĄCZE WODNO-KANALIZACYJNE. OBA PRZYŁĄCZA BĘDĄ WYMAGAĆ STOSOWNYCH PRZEDŁUŻEŃ WZDŁUŻ ŚCIANY ZA MIEJSCEM INSTALACJI URZĄDZENIA.

Informacja o korekcie SIWZ

Zamawiający informuje, że zamieszcza na: stronie internetowej www.umed.wroc.pl i na platformie do elektronicznej obsługi zamówień publicznych Zamawiającego: <https://umed-wroc.logintrade.net> skorygowany SIWZ. Zmiany zaznaczone są kolorem **bordowym**. Z dokumentów należy korzystać w obecnie zamieszczanej wersji.

Z upoważnienia Rektora

Z-ca Kanclerza ds. Zarządzania Infrastrukturą UMW

mgr Jacek Czajka

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
ZESPÓŁ DS. ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH
specjalista

mgr inż. Edyta Szykowska