



UNIwersytet Medyczny IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCLAWIU

50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1
Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW
ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław
faks 71 / 784-00-44
e-mail: edyta.szyjkowska@umed.wroc.pl

UMW/IZ/PN-133/19

Wrocław, 16.01.2020 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców, informacja o korekcie SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Część 6

Zbiornik do przechowywania prób w ciekłym azocie z podstawą jezdnią na potrzeby Katedry i Zakładu Medycyny Społecznej

Pytanie:

Uprzejmie proszę o precyzyjne określenie ilości probówek w dewarze.

W 6 stelażach 4 piętrowych z pudełeczkami z wkładką 9x9 mamy: $6 \times 4 \times 81 = 1.944$ probówki.

Aby zmieścić 2.400 probówek potrzebne są pudełeczka z wkładką 10x10:

$6 \times 4 \times 100 = 2.400$

Prosimy także o dopuszczenie dewara o wadze 91,6 kg +11%

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA WYMIAR PUDEŁEK PC Z WKŁADKĄ TJ. 10X10, TAK ABY WCHODZIŁY PROBÓWKI 2.0 ML.

ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA DOPUSZCZENIE DEWARA O WADZE 91,6 KG +11%.

Informacja o korekcie SIWZ

Zamawiający informuje, że zamieszcza na: stronie internetowej www.umed.wroc.pl i na platformie do elektronicznej obsługi zamówień publicznych Zamawiającego: <https://umed-wroc.logintrade.net> skorygowany SIWZ. Zmiany zaznaczone są kolorem **zielonym**. Z dokumentów należy korzystać w obecnie zamieszczanej wersji.

Z upoważnienia Rektora

Z-ca Kanclerza ds. Zarządzania Infrastrukturą UMW


mgr Jacek Czajka

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
ZESPÓŁ DS. ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
specjalista


mgr inż. Edyta Szyjkowska