



50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1
Dział Zamówień Publicznych UMW
Ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław
fax 71 / 784-00-45
e-mail: edyta.szyjkowska@umed.wroc.pl

UMW/IZ/PN-133/19

Wrocław, 20.04.2020 r.

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Część 1

Wirówka z chłodzeniem i wyposażeniem na potrzeby Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii

**UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
W ZAKRESIE CZĘŚCI 1**

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu dziękuje Wykonawcom za udział w ww. postępowaniu.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych (tekst jedn. – Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „Pzp”, zawiadamiamy o jego **wyniku**.

Kryteriami oceny ofert były:

- 1) Cena realizacji przedmiotu zamówienia – 60 %,
- 2) Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 20 %,
- 3) Okres gwarancji - 20 %.

I. Złożone oferty

Ofertę złożyli następujący Wykonawcy, wymienieni w tabeli:

Wykonawca, adres	Cena brutto przedmiotu zamówienia	Termin realizacji przedmiotu zamówienia	Okres gwarancji przedmiotu zamówienia	Łączna punktacja
	punkty	punkty	punkty	punkty
"MPW MED. INSTRUMENTS" Spółdzielnia Pracy ul. Boremlowska 46 04-347 Warszawa	Oferta odrzucona Oferta niepunktowana			
Merazet Spółka Akcyjna ul. Krauthofera 36 60-203 Poznań	Oferta odrzucona Oferta niepunktowana			

Wykonawca, adres	Cena brutto przedmiotu zamówienia	Termin realizacji przedmiotu zamówienia	Okres gwarancji przedmiotu zamówienia	Łączna punktacja
	punkty	punkty	punkty	punkty
Alchem Grupa Sp.z o.o. ul. Polna 21 87-100 Toruń	Oferta odrzucona Oferta niepunktowana			

II. Informacja o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania

Wykonawcy, którzy złożyli oferty, nie zostali wykluczeni z postępowania.

III. Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i o powodach odrzucenia oferty

Oferta Wykonawcy:

- 1) "MPW MED. INSTRUMENTS" Spółdzielnia Pracy
ul. Boremlowska 46, 04-347 Warszawa**

w zakresie **części 1** została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

- Zgodnie Arkuszem informacji technicznej po korekcie z dnia 10.01.2020 r. (pkt. I.1 Część 1 Załącznik nr 2 do Siwz), Zamawiający wymagał: „**Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem 230V, 50 Hz, zakres obrotów 90÷18 000 RPM**” oraz **maksymalne przyspieszenie: 30 065 x g** (pkt. II. 8 Część 1 Załącznik nr 2 do Siwz)
- Wykonawca "MPW MED. INSTRUMENTS" Spółdzielnia Pracy w przedłożonej ofercie (pkt. 5 tabeli Formularza ofertowego) zaoferował następujący sprzęt: Producent: "MPW MED. INSTRUMENTS" Spółdzielnia Pracy; Model: MPW-352; Nr katalogowy: 10352/2-56.
- Z karty katalogowej dostępnej na stronie internetowej producenta wynika, że wirówka model MPW-352 nie posiada funkcji chłodzenia (wymóg Zamawiającego) oraz posiada maksymalne przyspieszenie: 29 703 x g (Zamawiający wymagał maksymalnego przyspieszenia: 30 065 x g)
- Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy "MPW MED. INSTRUMENTS" Spółdzielnia Pracy pismem z dnia 08.04.2020 r. do złożenia wyjaśnień, o których mowa w pkt. 3 niniejszego pisma.
- Wykonawca "MPW MED. INSTRUMENTS" Spółdzielnia Pracy w odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty (pismem z dnia 14.04.2020 r.) wyjaśnił, iż omyłkowo zaoferował model wirówki MPW-352 (Nr katalogowy: 10352/2-56) zamiast modelu MPW-352R (nr katalogowy 10352R/2-5, z chłodzenie), a tym samym zaoferowane urządzenie nie spełnia wymagań Zamawiającego.
- W związku z powyższym treść oferty Wykonawcy "MPW MED. INSTRUMENTS" Spółdzielnia Pracy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dlatego też oferta tego Wykonawcy zostaje odrzucona.

Podstawa prawna: art.89 ust.1 pkt.2) Pzp.

Oferty Wykonawców:

- 2) Merazet Spółka Akcyjna
ul. Krauthofera 36, 60-203 Poznań**
- 3) Alchem Grupa Sp.z o.o.
ul. Polna 21, 87-100 Toruń**

w zakresie **części 1** zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) Pzp, ponieważ Wykonawcy nie wyrazili zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawcy: Merazet Spółka Akcyjna i Alchem Grupa Sp.z o.o. nie podjęli czynności wobec wezwania Zamawiającego pismem z dnia 11.03.2020 r., dotyczącego wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą, co oznacza, że Wykonawcy nie wyrazili zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium (jak np. w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia z 6 lutego 2017 r. (sygn. akt KIO 151/17)).

Podstawa prawna: art.89 ust.1 pkt. 7a) Pzp.

IV. Unieważnienie postępowania

Zamawiający niniejszym unieważnia ww. postępowanie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp, ponieważ w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne wszystkie złożone oferty na część 1 zostały odrzucone zgodnie treścią pkt. III niniejszego pisma (uzasadnienie prawne i faktyczne).

Z upoważnienia Rektora UMW
p.o. Zastępcy Kanclerza ds. Zarządzania Administracją

mgr Patryk Hebrowski

Patryk Konrad
Hebrowski

Elektronicznie podpisany przez
Patryk Konrad Hebrowski
Data: 2020.04.20 15:15:10
+02'00'