



UNIwersYTET MEDYCZNY

IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCLAWIU

50-367 Wrocław, ul. Wybrzeże L. Pasteura 1
Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW
ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław
fax 71 / 784-00-45
e-mail: joanna.czopik@umed.wroc.pl

UMW/AZ/PN-77/18

Wrocław, 2 sierpnia 2018 r.

Nazwa postępowania:

Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Przedmiot zamówienia podzielono na 4 (cztery) części osobno oceniane:

Część A – Dostawa echokardiografu do Katedry i Kliniki Geriatrii UMW,

Część B – Dostawa przenośnego urządzenia do diagnostyki ucha środkowego i wewnętrznego dla Zakładu Patofizjologii UMW,

Część C – Dostawa urządzenia obrazującego biofilm bakteryjny rany dla Zakładu Chorób Układu Nerwowego UMW,

Część D – Dostawa systemu do dokumentacji żeli i blotów (w świetle widzianym) dla Zakładu Chorób Układu Nerwowego UMW.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Mając na uwadze art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 1579 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, Zamawiający przekazuje treść pytań skierowanych przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu i odpowiedzi Zamawiającego:

1. Część A, Załącznik nr 2A, pkt 32

Obrazowanie 3D/4D na głowicy przezprzełykowej dla dorosłych

W załączonej specyfikacji Zamawiający nie oczekuje głowicy przezprzełykowej z obrazowaniem 3/4D. Dopiero w opcjach rozbudowy Zamawiający wymaga aby aparat miał możliwość rozbudowy o ww. głowicę i opcję. W związku z tym, czy Zamawiający nie uważa, że punkt 32 jest zbędny. Spowoduje on podniesienie ceny aparatu, a opcja wymieniona w punkcie 32 zostanie niewykorzystana.

Odpowiedź: **Zamawiający obecnie nie posiada środków finansowych na nabycie aparatu wraz z powyższym modułem. W przyszłości, po uzyskaniu środków, Zamawiający zamierza nabyć głowicę przezprzełykową, ponieważ jest ona przydatna we współpracy z anestezjologami.**

2. Część A, Załącznik nr 2A, pkt. 46

Zewnętrzna stacja robocza służy do archiwizacji i analizy wysokospecjalistycznych badań kardiologicznych (Strain, AFI, obrazowanie 3/4D). Zamawiający takiej opcji nie wymaga.

W związku z tym czy zewnętrzna stacja robocza jest konieczna?

Odpowiedź: **Zamawiający informuje iż, zewnętrzna stacja robocza do archiwizacji, o której mowa w pkt 46 załącznika nr 2A do SIWZ, jest podstawowym i niezbędnym narzędziem do prowadzenia badań klinicznych i naukowych przeprowadzanych w Katedrze i Klinice Geriatrii UMW.**

**Zastępca Kanclerza
ds. Zarządzania Administracją**

Mgr inż. Katarzyna Błasiak