



50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1
Dział Zamówień Publicznych UMW
Ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-345 Wrocław
fax 71 / 784-00-45
e-mail: joanna.kowalska@umed.wroc.pl

UMW/AZ/PN-77/20

Wrocław, 23.07.2020 r.

Odpowiedzi (1) na pytania Wykonawców

NAZWA POSTĘPOWANIA

Dostawa urządzeń laboratoryjnych na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Zamawiający niniejszym odpowiada na pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej Siwz), zadane przez Wykonawców.

I. Pytania i odpowiedzi do Część 2

Inkubator CO₂ na potrzeby II Katedry i Kliniki Chirurgii i Chirurgii Onkologicznej.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o napięciu znamionowym 200 ...230V?

Ad. Pytanie 1: Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany z uwagi na wahania napięcia.

II. Pytania i odpowiedzi do Część 3

Wytrząsarka analogowa 2 szt. na potrzeby Katedry Biologii i Botaniki Farmaceutycznej.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z amplitudą ruchu 19,1 lub 25,4 mm?

Ad. Pytanie 1: Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z amplitudą ruchu 19,1 lub 25,4 mm, ponieważ uniemożliwiłoby to wykorzystanie wytrząsarki do prowadzonych doświadczeń.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: 510x632x156 mm (SxGxW)?

Ad. Pytanie 1: Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o wymiarach: 510x632x156 mm (SxGxW), ponieważ większego urządzenia nie będzie można umieścić w specjalnie przygotowanym miejscu w komorze fitotronowej.

III. Pytania i odpowiedzi do Część 5

Autoklaw na potrzeby Katedry Onkologii, Zakładu Chirurgii Onkologicznej.

Pytanie 1:

Czy zamawiający oczekuje dostawy urządzenia z drukarką czy dostawy urządzenia, które będzie miało możliwość podłączenia drukarki i drukarka nie stanowi przedmiotu zamówienia?

Ad. Pytanie 1: Zamawiający oczekuje urządzenia z możliwością podłączenia drukarki i drukarka nie stanowi przedmiotu zamówienia, zgodnie z informacją zawartą w pkt. 24 Arkusza Informacji Technicznej dla cz. 5 (załącznik nr 2 część 5 SIWZ).

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi nie powodują zmian w treści SIWZ.

Z upoważnienia Rektora
p.o. Zastępcy Kanclerza ds. Zarządzania Administracją
UMW


mgr Patryk Hebrowski