

Arkusze informacji technicznej
Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we
Wrocławiu.

Część 1 –homogenizator
Korekta z dnia 22.04.2021

Producent

Model

Numer katalogowy (jeśli dotyczy)

Rok produkcji

L.p.	Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego	Wartość wymagana	Wartość oferowana (TAK/NIE*) oraz tam gdzie Zamawiający wymaga podać oferowane parametry**
1.	Silnik o mocy co najmniej 144 W	TAK, podać**	TAK/NIE, mocy
2.	Ciągła regulacja obrotów zakresie co najmniej 5000 do 35000 rpm	TAK, podać**	TAK/NIE,-..... obr./min
3.	Zakres pracy co najmniej od 0,2 ml do 10 l	TAK, podać**	TAK/NIE
4.	Urządzenie wyposażone w 6 sztuk końcówek do homogenizacji tkanek miękkich i 6 sztuk końcówek tkanek twardych w zestawie (autoklawowalnych) wielokrotnego użytku wykonane z tworzywa sztucznego lub końcówki stalowe o średnicy 5 mm, 7 mm i 10 mm, umożliwiające pracę z tkankami miękkimi i twardymi.	TAK, podać**	TAK/NIE

* Wykonawca zaznacza właściwą odpowiedź w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości

** W przypadku gdy Zamawiający wymaga, Wykonawca wpisuje oferowany parametr/zaproponowane rozwiązanie

- Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowytworzone kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
- Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubrykach „Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego ” i „Wartość wymagana” spowoduje odrzucenie oferty.

Podpis Wykonawcy