



# UNIwersYTET MEDYCZNY

## IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCLAWIU

50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1  
**Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW**  
ul. K. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław  
faks 71 / 784-00-45  
e-mail: olga.bak@umed.wroc.pl

UMW/AZ/PN-108/18

Wrocław, 16.10.2018 r.

### NAZWA POSTĘPOWANIA

**Dostawa urządzeń do przygotowywania preparatów cienkich z kostnego materiału archeologicznego na potrzeby Zakładu Anatomii Prawidłowej w Katedrze Morfologii i Embriologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu**

Kryteria oceny ofert:

- 1) Cena realizacji przedmiotu zamówienia – 60 %,
- 2) Termin gwarancji przedmiotu zamówienia - 20 %,
- 3) Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 20 %.

### **WYNIK - Unieważnienie postępowania**

**Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu dziękuje Wykonawcy za udział w ww. postępowaniu.**

Zgodnie z art. 92 Prawa zamówień publicznych (Pzp), zawiadamiamy o jego **wyniku**.

#### **I. Złożone oferty**

Ofertę złożył następujący Wykonawca, wymieniony w Tabeli:

L.p.	Wykonawca, adres	Cena brutto przedmiotu zamówienia	Termin realizacji przedmiotu zamówienia (maksymalnie 8 tygodni)	Termin gwarancji przedmiotu zamówienia (min. 36 miesięcy, max. 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru)
1.	EMDER Sp. z o.o. ul. Rolnicza 262, Dziekanów Leśny 05-092 Łomianki	239 727,00 PLN <b>Niepunktowana</b>	8 tygodni <b>Niepunktowana</b>	48 miesięcy <b>Niepunktowana</b>

#### **II. Informacja o Wykonawcach wykluczonych z postępowania.**

Wykonawca, który złożył ofertę, nie został wykluczony z postępowania.

#### **III. Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i o powodach odrzucenia oferty.**

1. Oferta Wykonawcy EMDER Sp. z o.o. została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp.: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3”.

#### **UZASADNIENIE:**

1. Zgodnie z treścią SIWZ (Rozdział XI ppkt. 4.2) oferta powinna zawierać Arkusz informacji technicznej (wzór – załącznik nr 2 do SIWZ) – wypełniony przez Wykonawcę.
2. W Arkuszu informacji technicznej, w kolumnie „**PARAMETRY OFEROWANE (Proszę opisać oraz podać zakresy, jeśli dotyczy. W przypadku, jeśli Zamawiający podaje wartości minimalne lub dopuszczalny zakres, proszę podać dokładną wartość oferowanych parametrów)**”, Zamawiający wymagał, aby Wykonawca opisał parametry oferowanych przez siebie urządzeń i tym

samym potwierdził spełnianie przez zaoferowane urządzenia wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

3. Wykonawca nie dokonał powyższego, ponieważ w przedłożonym w ofercie Arkuszu informacji technicznej - Załącznik nr 2 do Siwz, dla pozycji 1 pkt. 2, 4-13, dla pozycji 2 pkt. 1-3 i 5 oraz dla pozycji 3 pkt. 1-2, 4 i 6-8 pozostawił kolumnę „**PARAMETRY OFEROWANE...**” niewypełnioną.
4. Tym samym Wykonawca nie potwierdził spełniania wymaganych parametrów przez zaoferowane w ofercie urządzenia, tj. w pozycji 1 - Docierarki Lapping Machine typ 1.03.26, w pozycji 2 - Odcinarki precyzyjnej Slicing Machine typ 1.02.23, w pozycji 3 - Prasy spajającej Heating Bonding Press, typ 1.04.02.
5. Arkusz informacji technicznej stanowi treść oferty i nie jest możliwe wezwanie Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 3 Pzp do uzupełnienia ww. tego dokumentu. Zamawiający nie wzywał też Wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp, ponieważ wyjaśnianie treści oferty nie może być wykorzystywane do uzupełniania braków w ofercie. W związku z powyższym oferta Wykonawcy zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp.

#### **IV. Unieważnienie postępowania**

Zamawiający niniejszym unieważnia ww. postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Z upoważnienia Rektora

Kanclerz UMW

mgr Iwona Janus